

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 26.01.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämatologie 01 - Kleines Blutbild (211):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Hämatokrit, zentrif. (PCV) (R: B1a)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10014715
Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

Düsseldorf, 22.02.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. med. Benedikt Lohr
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 26.01.2024

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Hämatologie 01 - Kleines Blutbild (211):

Hämatokrit, zentrif. (PCV) (R: B1a)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10014715
Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

Düsseldorf, 22.02.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. med. Benedikt Lohr
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse



10014715: Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie

Ringversuch vom 26.01.2024

Ringversuchsleiter: **Dr. med. Benedikt Lohr**
 MVZ für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Tel.: +49 261 30405 843
 Koblenz-Mittelrhein Mail: b.lohr@labor-koblenz.de
 Viktoriastraße 35-39
 56068 Koblenz

211

Hämatologie 01 - Kleines Blutbild

Analyt	Probe 211A-240109-	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei- chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Hämatokrit, zentrif. (PCV)	01	l/l	0.270	0.283	SW	0.258	0.308	-4.6%	-0,929	+	
	02		0.170	0.174	SW	0.158	0.190	-2.3%	-0,4	+	

Analyt	Probe 211A-240109-	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs- faktor	Methode	Hersteller	Gerät
Hämatokrit, zentrif. (PCV)	01	l/l	0.270	1.00			ZY99
	02		0.170	1.00			

Individuelle Gesamtübersicht

10014715: Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie

Ringversuch vom 26.01.2024

211

Hämatologie 01 - Kleines Blutbild

Hämatokrit, zentrif. (PCV) (l/l, N = 28)

Kollektiv	Probe 211A-240109-	Zielwert	Bewertungs- bereich	Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
				MW	VK	Anz.	Probe	ges.
alle Hersteller	01	0.283	0.258 - 0.308	0.283	4.95	28	67.9	64.3
	02	0.174	0.158 - 0.190	0.174	5.75	28	82.1	

Bestehensquote: 64,3%

